

Referencia: SOFM/BBG/apf

Fecha: 03/07/2023

Ref. AEMPS: NI PS 29&30/2023

## NOTAS INFORMATIVAS Productos Sanitarios 29 y 30/2023

### IMPLANTES DE MAMA:

1. Informe: Detección de linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes de mama
2. La AEMPS publica una nueva versión del Registro Español de Implantes Mamarios (SREIM)

---

#### 1. Detección de linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes de mama

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) junto con la Comisión Asesora de Implantes Mamarios y Afines y expertos en oncología médica y en hematología/hemoterapia, elaboró en 2019 un protocolo para la detección y estudio de los casos de LACG asociado a implantes mamarios (Disponible en [https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/linfoma-anaplasico-LACG/docs/Protocolo\\_Clinico\\_ALCL\\_implantes\\_mamarios.pdf](https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/linfoma-anaplasico-LACG/docs/Protocolo_Clinico_ALCL_implantes_mamarios.pdf))

Entre las funciones de esta comisión está la de evaluar y valorar la información recogida sobre los casos confirmados de LACG asociados a implantes mamarios y comunicados a la AEMPS.

Por este motivo, la Agencia publica anualmente un informe que da a conocer los resultados obtenidos de la evaluación de las notificaciones recibidas dentro del marco del Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. Actualmente, se acaba de publicar en la web de la AEMPS el tercero de estos informes (disponible en: <https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/linfoma-anaplasico-LACG/docs/protocolo-LACG-Junio-2023.pdf>)

#### 2. Nueva versión del Registro Español de Implantes Mamarios (SREIM)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una nueva versión del Sistema de Registro Español de Implantes Mamarios (SREIM), que mejora la velocidad, usabilidad y el modelo de datos de la aplicación (Disponible en: <https://sreim.aemps.es/sreim/faces/login.xhtml>)

Para más información puede contactar en el correo electrónico: [sreim@aemps.es](mailto:sreim@aemps.es) o visitar la sección de la página web de la AEMPS “Registros de productos sanitarios implantables” (Disponible en: [https://www.aemps.gob.es/productossanitarios\\_registros\\_implantables/](https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/))

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos mediante cualquiera de estas vías:

Tfno.: 941 299 923.

mail: [alertas.productossanitarios@larioja.org](mailto:alertas.productossanitarios@larioja.org)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/088568	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2023/0585224	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1	Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos			
2				